



V Praze dne 18. března 2019
Č.j.: MZDR 10951/2019/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 25. ÚNORA 2019

Přístroj: **ANGIOGRAFICKÝ SYSTÉM** – OBNOVA

Území (město/kraj): Praha / Hlavní město Praha

Žadatel: ***Institut klinické a experimentální medicíny***

Adresa: Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 16 hlasů pro)

Podpis předsedy komise

.....
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

Předmětem žádosti je schválení obnovy angiografického systému pro ablační výkony pro pracoviště Oddělení arytmologie Kliniky kardiologie IKEM. Jde o náhradu za dosluhující komplet Axiom Artis dFC výrobce Siemens, který byl uveden do provozu v březnu 2006 a od té doby je trvale využíván. Vzhledem k jeho stáří je již morálně i fyzicky zastaralý, plně amortizovaný a neodpovídá potřebám pro nové nechirurgické metody léčby poruch srdečního rytmu. Dle informace výrobce bude ke konci roku 2019 ukončena servisní podpora tohoto přístroje.

Angiografický systém bude sloužit pacientům pro vyšetření a intervenční výkony z IKEM a dalších zdravotnických zařízení z celé ČR. Nový systém nahradí stávající vybavení, nejde tedy o rozšíření provozu, ale pouze o jeho lepší zajištění a zkvalitnění. Nová technologie zkvalitní práci kardiologů a přinese nižší radiální zátěž pro pacienty i personál. Prováděná vyšetření zahrnují diagnostické i terapeutické výkony jako ablace fibrilace síní nebo komorových tachyarytmií a široké spektrum katetrizačních ablací k léčbě různých druhů arytmií.





Žadatel:

IKEM

Přístrojové zařízení:

angiografický systém

Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst
10%

1 468 1 615

Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%

Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS

12,3

Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední
země nebo země OECD dle dostupnosti
dat)

NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové

dostupnosti zdravotních služeb 307/2012

Sb. [min]

45

	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?	1		25	25	25	0
Geografické umístění přístroje: splňuje/nespĺňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad		1	20	20	0	20
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit	1		15	15	0	15
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR		1	15	15	0	15
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	50	50
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	NE					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	NE					

