



V Praze dne 18. března 2019
Č.j.: MZDR 10951/2019/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 25. ÚNORA 2019

Přístroj: **RADIOTERAPEUTICKÝ SIMULÁTOR** – OBNOVA

Území (město/kraj): Praha / Hlavní město Praha

Žadatel: **Fakultní nemocnice Královské Vinohrady**

Adresa: Šrobárova 50, 100 34 Praha 10

Stanovisko komise: **ODLOŽENO**

(hlasování: 16 hlasů pro odložení)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

Předmětem žádosti je obměna radioterapeutického simulátoru, který je nedílnou součástí radioterapeutického pracoviště a bez kterého nelze plánovat léčbu zářením.

Stávající radioterapeutický simulátor Varian Acuity IX byl pořízen v r. 2011 a výroba tohoto typu simulátoru byla ukončena v r. 2016. Vzhledem k plánované obměně lineárního urychlovače může nastat situace, že část funkcí radioterapeutického simulátoru nebude již upgradovatelná a dojde k omezení jejich funkčnosti a z toho vyplývající nemožnosti používání.

Radioterapeutický simulátor je jedním z nepodkročitelných požadavků na pracoviště provádějící radikální i paliativní radioterapii definovaných v Koncepti oboru radiační onkologie z roku 2018.

Členové Komise odhlasovali, že bude konečné projednávání obnovy všech lineárních urychlovačů a jejich součástí odloženo do doby přípravy systému na centrální (hromadný) nákup přístrojů.





Žadatel: **Fakultní nemocnice Královské Vinohrady**

Přístrojové zařízení:

radioterapeutický simulátor

Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst
10%

Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%

Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS

Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední
země nebo země OECD dle dostupnosti
dat)

NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové
dostupnosti zdravotních služeb 307/2012
Sb. [min]

| | ANO | NE | váha ano | váha ne | přepočtené ano | přepočtené ne |
|---|----------|----|-----------|---------|----------------|---------------|
| Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR? | 1 | | 25 | 25 | 25 | 0 |
| Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb. | 1 | | 25 | 25 | 25 | 0 |
| Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad | | | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit | | | 15 | 15 | 0 | 0 |
| Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR | | | 15 | 15 | 0 | 0 |
| Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění? | | 1 | Absolutní | | | |
| | | | 100 | 100 | 50 | 0 |
| Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5 | ANO | | | | | |
| Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění | NEPRAVDA | | | | | |
| Doporučení k nákupu zdravotnické technologie | ANO | | | | | |

