



V Praze dne 13. června 2019
Č.j.: MZDR 21912/2019/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 9. KVĚTNA 2019

Přístroj: **LINEÁRNÍ URYCHLOVAČ (LU)** – OBNOVA

Území (město/kraj): Pardubice / Pardubický kraj

Žadatel: **KOC Pardubického kraje – Multiscan, s.r.o.**

Adresa: Okruhová 1135/44, 155 00 Praha 5

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: pro 16 hlasů)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Román Prymula, CSc., Ph.D.
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

Jedná se o obnovu lineárního urychlovače, který byl pořízen v roce 2008. V průběhu následujících let na něm byl proveden upgrade zobrazovacího systému, ale urychlovací sekce a další základní prvky, kritické pro provoz, jsou původní, tedy více než 10 let staré. Dochází k častým výpadkům provozu, souvisejícím s jeho mimořádným opotřebením.

Přístroj bude instalován v prostorách ozařovny původního lineárního urychlovače v rámci KOC v areálu Pardubické krajské nemocnice.





Žadatel: KOC Pardubického kraje - Multiscan, s.r.o.

Přístrojové zařízení: lineární urychlovač (LU)

Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10% 44 732 49205,2

Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%

Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS 8,9

Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat)

NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb. [min] 180,0

	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?	1		25	25	25	0
Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad	1		20	20	20	0
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit			15	15	0	0
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	85	0
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					

