



V Praze dne 13. června 2019
Č.j.: MZDR 21912/2019/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 9. KVĚTNA 2019

Přístroj: **MAMOGRAF** – OBNOVA

Území (město/kraj): Nový Jičín / Moravskoslezský kraj

Žadatel: **Novojičínské diagnostické centrum s.r.o.**

Adresa: Dvořákova 2211/27, 741 01 Nový Jičín

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: pro 16 hlasů)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

Novojičínské diagnostické centrum s.r.o. požádalo o schválení nákupu mamografu, který bude používán pro diagnostické výkony v rámci screeningového centra rakoviny prsu. Jedná se o obměnu stávajícího přístroje.

Novojičínské diagnostické centrum s.r.o. je specializovaným pracovištěm v segmentu radiodiagnostiky a je držitelem Osvědčení o splnění podmínek k provádění mamárního screeningu a zařazení do Programu MZ screening nádoru prsu s platností do roku 2021.

Nový přístroj nahradí stávající GE Senographe Essential, který je z roku 2011. Na základě pravidel pro screeningová centra rakoviny prsu, kdy přístroje nesmějí být starší osmi let, je nutné, aby byl tento přístroj obměněn v průběhu roku 2019 tak, aby zařízení mohlo nadále poskytovat zdravotní péči v rámci statutu screeningového centra rakoviny prsu. Obměnou nového přístroje bude zachován stávající počet vyšetření.





Žadatel:	Novojičínské diagnostické centrum s.r.o.					
Přístrojové zařízení:	mamograf					
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%	5 382	5 920				
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%						
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS	11,9					
Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat)						
NARIŽENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb. (min)	45					
	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?		1	25	25	0	25
Geografické umístění přístroje: splňuje/nespĺňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad	1		20	20	20	0
Využít (stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj) a v jaké míře je tento přístroj využit		1	15	15	15	0
Využít nové pořízeného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	75	25
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					

