



V Praze dne 25. září 2019

Č.j.: MZDR 39985/2019/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 12. ZÁŘÍ 2019

Přístroj: **MAGNETICKÁ REZONANCE (MR 1,5T) – UPGRADE**

Území (město/kraj): Karviná / Moravskoslezský kraj

Žadatel: **Karvinská hornická nemocnice a.s.**

Adresa: Zakladatelská 975/22, 735 06 Karviná

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 15 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

Předmětem žádosti je upgrade přístroje Magnetom Avanto, který byl nainstalován v roce 2006 a od té doby došlo k výraznému technologickému zlepšení současných MR přístrojů, které jsou podstatně rychlejší a mají vyšší rozlišení. Vzhledem ke stáří přístroje se objevují i častější poruchy a závady. Přístroj je za hranici životnosti.

Nemocnice provozuje Centrum chirurgie páteře a pohybového aparátu, které provádí náročné spondylochirurgické operace, v celém rozsahu operace v oboru ortopedie a lktové centrum, které zajišťuje péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou. V rámci Onkologického centra se na diagnostice podílí vyšetření magnetickou rezonancí výraznou měrou. Z důvodu zabezpečení rychlého vyšetření s kvalitním rozlišením a zajištění trvalého a bezporuchového provozu je nezbytně nutné provést upgrade stávajícího přístroje.

Žadatel:	Karvinská hornická nemocnice					
Přístrojové zařízení:	magnetická rezonance (MR 1,5T)					
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%	3 554	3 909				
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%	17749046	19 523 951				
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS	6,9					
Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat)						
NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb. [min]	120					
	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?		1	25	25	0	25
Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad		1	20	20	0	20
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit		1	15	15	15	0
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	55	45
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					

