



## Formulář žádosti o schválení a zařazení nového přístroje

### Kategorie I:

Obnova stávajícího přístroje identického typu ve stejném místě a provozovaného stejným poskytovatelem

<b>Žadatel</b>	1	Žadatel	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
	2	IČ	00064165
	3	Zřizovatel	Ministerstvo zdravotnictví ČR
	4	Adresa	U Nemocnice 499/2 128 08 Praha 2
	5	Statutární zástupce	████████████████████
	6	Telefon	+420 ██████████
	7	E-mail	██████████
<b>Přístroj</b>	8	Typ přístroje	SPECT/CT
	9	Technická specifikace	Dvouhlavá SPECT kamera, axiální šířka zorného pole min. 40 cm, nosnost stolu min. 180 kg, kolimátory LEHR, MEGP, HEGP, plnohodnotné CT min 16-řadé, vyhodnocovací systém typu server-klient
	10	Výrobce	Siemens Healthcare GmbH GE Medical Systems Mediso Medical Imaging Systems



	11	Účel provozu	Scintigrafická vyšetření nukleární medicíny – diagnostická zobrazovací technika
	12	Životnost	8 let
<b>Potřeba</b>	13	Využití u poskytovatele	Obnova amortizovaného přístroje GE Infinia HawkEye4, pořízeného a uvedeného do provozu v roce 2005
	14	Návaznost na obory	Onkologie, neurologie, urologie, interní obory, pediatrie
	15	Součást specializovaného centra	Komplexní onkologické centrum Komplexní kardiovaskulární centrum
	16	Vzdálenost od stejných přístrojů v okolí	Do 10 km
	17	Spádová oblast, populace	Praha, Středočeský kraj
	<b>Náklady na provoz</b>	18	Sumární platby ZP v uplynulém roce
19		Sumární platby ZP za poslední 3 roky	63 000 000 Kč
20		Průměrný měsíční náklad pro ZP	1 750 000 Kč
21		Počet výkonů/měsíc	250
22		Počet ošetřených pojištěnců za měsíc	116 celkem (91 URČ)



	23	Náklady ZP na jedno vyšetření	13 900 Kč / 1 vyšetření 7 000 Kč / 1 amb. výkon
	24	Náklady ZP na jednoho pojištěnce	19 160 Kč ročně / 1 URČ
	26	Smlouvy se ZP	se všemi
<b>Pořizovací cena</b>	27	Nákupní cena	14 - 24 000 000 Kč s DPH
	28	Roční náklady na servis	1 000 000 Kč s DPH
	29	Ostatní nezbytné náklady	X
	30	Roční náklady na spotřební materiál	5 500 000 Kč s DPH (radiofarmaka, labochemikálie)
	31	Způsob financování	z vlastních zdrojů zdravotnického zařízení
	32	Výsledky průzkumu trhu/poptávkového řízení	Siemens: 12 – 20 000 000 Kč GE: 19 500 000 Kč Mediso: 11 347 000 – 13 770 000 Kč bez DPH
<b>Personální zajištění</b>	33	Dedikovaný personál pro provoz přístroje	Lékař – se spec. způsobilostí v NM Lékař- se spec. způsobilostí v RDG Radiologický asistent / sestra se specializací v NM
	34	Je nezbytné navýšení personální kapacity?	ne



	35	Je nezbytná rekvalifikace personálu?	ano, k obsluze přístroje dle výrobce
--	----	--------------------------------------	--------------------------------------

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé, úplné a nic není zamlčeno.

v: PRAZE

dne: 18.8.2014

podpis osoby oprávněné jednat za žadatele

OBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE  
V PRAZE  
OBCHODNÍ ÚSEK  
NEMOCNICE 2, 128 08 PRAHA

Nedílnou součástí této žádosti je Příloha: studie proveditelnosti, kterou vyhotoví žadatel

Žádost včetně povinné přílohy se zasílá v písemné formě na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor zdravotních služeb, [redacted], Palackého nám. 4 128 01 Praha 2 nebo datovou schránkou a současně i elektronicky na e-mail: [redacted]