



V Praze dne 30. listopadu 2019  
Č.j.: MZDR 49503/2019/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 13. LISTOPADU 2019

*Přístroj:* **MAGNETICKÁ REZONANCE (MR 1,5T)** – NOVÁ KAPACITA

*Území (město/kraj):* Jeseník / Olomoucký kraj

*Žadatel:* **Jesenická nemocnice a.s.**

*Adresa:* Lipovská 103/39, 790 01 Jeseník

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

*(hlasování: 17 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo)*

Podpis předsedy komise

  
.....  
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.  
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

*Předmětem žádosti je pořízení magnetické rezonance. Pracoviště bude poskytovat diagnostiku pro hospitalizované i pro ambulantně vyšetřované pacienty nemocnice a pro soukromé poskytovatele zdravotních služeb v regionu.*

*Spádová oblast Jesenické nemocnice je 40 tis. obyvatel. Současně by mohla nemocnice poskytovat vyšetření MR i pro pacienty z okresu Bruntál (cca 90 tis. obyvatel). Vyšetření bude indikováno jak pro dospělé, tak i pro dětské pacienty nemocnice, čekací doby na vyšetření jsou v současné době cca 3 – 6 měsíců. Vybudováním pracoviště MR dojde současně k výraznému poklesu nákladů na extramurální a vyžádanou péči pro nemocnici a zkrácení doby hospitalizace pacientů díky rychlejší a přesnější diagnostice.*

*Zdravotní pojišťovny umístění magnetické rezonance v Jesenické nemocnici doporučují.*

*Komise konstatovala, že personální zabezpečení pracoviště uvedené v žádosti je nedostatečné, je nutné počet lékařů navýšit. Zástupce žadatele prohlásil, že personál bude navýšen (stávajících 0,5 úvazku bude doplněno o dalších 1,5 úvazku).*





<b>Žadatel:</b>		<b>Jesenická nemocnice a.s</b>				
<b>Přístrojové zařízení:</b>		<b>magnetická rezonance (MR 1,5T)</b>				
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%		3 554	3 909			
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%		17749046	19 523 951			
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS		6,9				
Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat)						
NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb. [min]		120				
	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	<b>váha ano</b>	<b>váha ne</b>	<b>přepočtené ano</b>	<b>přepočtené ne</b>
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?		1	25	25	0	25
Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad		1	20	20	0	20
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit		1	15	15	15	0
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládán počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>55</b>	<b>45</b>
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	<b>ANO</b>					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	<b>ANO</b>					

