



V Praze dne 30. listopadu 2019

Č.j.: MZDR 49503/2019/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 13. LISTOPADU 2019

Přístroj: **MAGNETICKÁ REZONANCE (MR 3T)** – OBNOVA

Území (město/kraj): Praha / Hlavní město Praha

Žadatel: **Nemocnice Na Homolce**

Adresa: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 - Motol

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 17 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

Jedná se o obnovu magnetické rezonance, která nahradí stávající přístroj Symphony 1,5T, Siemens, který byl v nemocnici instalován v roce 2002 a je již morálně a technicky zastaralý a poruchový. V roce 2020 bude ukončena veškerá jeho servisní podpora ze strany výrobce a nadále již nebudou možné jeho opravy.

Nový 3T přístroj umožní kvalitnější rozlišení vyšetřovaných tkání, velkou výhodou je jejich využití při funkčních vyšetřeních mozku, kde kvadratická závislost na síle magnetického pole zvyšuje signifikantně kvalitu vyšetření. Právě tato vyšetření jsou nezbytnou součástí předoperační přípravy pacienta před neurochirurgickým výkonem.

Žadatel:		Nemocnice Na Homolce					
Přístrojové zařízení:		magnetická rezonance (MR 3T)					
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%		3 554	3 909				
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%		17749046	19 523 951				
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS		6,9					
Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat)							
NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb. [min]		120					
		ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?		1		25	25	25	0
Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.		1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad			1	20	20	0	20
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit		1		15	15	0	15
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR		1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?			1	Absolutní			
				100	100	65	35
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5		ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění		NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie		ANO					

