


Váš dopis ze dne 8. března 2020

V Praze dne 26. března 2020



Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne 11. března 2020, [redacted], ve věci:

- a) Zda jsou si odpovědní zaměstnanci/odpovědný zaměstnanec ministerstva vědom, že ani ve Wuhanu a ani nyní v současné situaci panující v severní Itálii není na JIP v souvislosti s koronavirovou infekcí dostatečný počet přístrojů pro zajištění oxygenace pacientů v kritickém stavu.
- b) Zda jsou si odpovědní zaměstnanci/odpovědný zaměstnanec ministerstva vědom, že ne všechna lůžka na JIP jsou vybavena přístroji pro zajištění nucené oxygenace pacientů v kritickém stavu.
- c) Zda je odpovědným zaměstnancům/odpovědnému zaměstnanci ministerstva k dispozici informace o počtu přístrojů k zajištění nucené oxygenace na jednotkách JIP v jednotlivých nemocnicích. (Zdůrazňuji, že nepožaduji informaci o počtech, ale o stavu seznámení se se stavem).
- d) Zda ministerstvo plánuje v současné době řešit nákup (dokoupení) přístrojů pro umělou oxygenaci.
- e) Zda ministerstvo jedná s výrobcí přístrojů pro umělou oxygenaci o nákupu přístrojů těchto přístrojů. (Aby toto nebylo řešeno jako respirátory na poslední chvíli).
- f) Zda ministerstvo jedná s výrobcí přístrojů pro umělou oxygenaci o možnostech navýšení výrobní kapacity;

Vám sděluji následující:





K bodu a):

Ano, odpovědní zaměstnanci si jsou situace vědomi.

K bodu b):

Ano, ministerstvo si je vědomo toho, že u každého lůžka JIP není ventilátor pro umělou plicní ventilaci. Požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení, kde je poskytována akutní lůžková péče intenzivní, musí splnit požadavky stanovené vyhláškou č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétní požadavky jsou stanoveny v Příloze 4 výše uvedené vyhlášky, část 2 (Akutní lůžková péče intenzivní) - ventilátor pro umělou plicní ventilaci u lůžka je požadován v rámci intenzivní péče 3. stupně - resuscitační péče u dospělých (bod 2.1.3.) a u dětí (bod 2.2.4.). U lůžek intenzivní péče nižšího stupně, tj. prvního a druhého, není s ohledem na poskytovanou péči ventilátor pro umělou plicní ventilaci jako minimální požadavek stanoven.

K bodu c):

Ano, ministerstvo disponuje touto informací.

K bodu d):

Ano, ministerstvo tuto věc již řeší a má objednáno jak v rámci vlastního nákupu, tak v rámci společného nákupu Evropské unie.

K bodu e):

Ano.

K bodu f):

Ministerstvo se zabývá všemi aspekty souvisejícími s nutností opatřit tyto přístroje.

S pozdravem

